

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 29 年 1 月 30 日

経理責任者

独立行政法人国立病院機構

小倉医療センター院長 澄井 俊彦

◎ 調達機関番号 597 ◎ 所在地番号 40

○ 第 12601 号 (No. 12601)

### 1 調達内容

(1) 品目分類番号 22、31

(2) 導入計画物品及び数量

高度放射線治療装置 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期 平成 29 年度第 4・四半期

(5) 調達に必要なとされる基本的な要求要件

① X 線のエネルギーは 2 種類以上、電子線のエネルギーは 5 種類以上を有するリニアック装置であること。

② 多分割コリメータを有すること。

③ 検出器の数が 64 列以上のマルチディテクター CT 装置であること。

④ 3 次元放射線治療計画システムを有すること。

⑤ 放射線治療情報管理システムを有すること。

管理番号 4-10-10-60-001

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 平成29年3月21日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提出先 〒802-8533 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 企画課長 大石任美 電話 093-921-8881 内線 8400

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 平成29年1月30日から平成29年3月17日まで。

(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 その他

この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5 Summary

(1) Classification of the products to be procured: 22, 31

(2) Nature and quantity of the products to be High Radiation therapy System 1 set

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement :

管理番号 4-10-10-60-001

① It must be a linac device with more than 2 types of X-ray energy and 5 or more types of electron beam energy.

② The system should have a multi-part collimator.

③ The system must be a multi-detector CT device with 64 or more detectors.

④ The system shall have a three dimensional radiation therapy planning system.

⑤ The system should have radiotherapy information management system.

(5) Time-limit for the submission of the requested material : 5:00 P.M March 17, 2017

(6) Contact point for the notice : Takumi Oishi, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Kokura Medical Center, 10-1 Harugaoka Kokuraminamiku, Kitakyushushi, Fukuokaken 802-8533, Japan.

TEL 093-921-8881 ext.8400

管理番号 4-10-10-60-001